

细胞遗传质量鉴定检测

Cell Line Authentication Service

STR 基因型检测报告

样品信息

样品编号:

客户样本编号	公司编号
20210302-17	20210302-17

样品数量: 1

样品性状: 细胞系

检测项目: STR

送检单位: 厦门逸漠生物科技有限公司



检测方法：用TIANGEN的基因组抽提试剂盒提取DNA，采用23-STR扩增方案扩增，在ABI 3130XL型遗传分析仪上对STR位点和性别基因Amelogenin、Yindel进行检测。

检测结果

(一) 检验基本情况

	多等位基因	匹配细胞系	细胞库	EV 值	匹配说明
20210302-17	无	A2058	DSMZ	1.00	完全匹配

样本基因型检验结果

- 多等位基因指三等位及以上基因现象。
- 本次检测各细胞分型结果良好。

(二) 各样本描述

- **20210302-17：**该株细胞DNA 分型在细胞系检索中找到**完全匹配**的细胞系，DSMZ 数据库显示细胞名为 **A2058**，细胞号对应 **CRL-11147**。本次检测在该细胞系中**没有发现多等位基因**。

备注：待测细胞系与收录于 ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN 数据库的细胞系 STR 数据进行比对，未收录于以上细胞库的细胞系将无法匹配。

(三) 样本分型结果

细胞20210302-17的 STR 位点和Amelogenin、Yindel位点的基因分型结果						
Loci	送检细胞 STR 信息			细胞库细胞 STR 信息		
	送检细胞名：20210302-17			细胞库细胞名：A2058		
	Allele1	Allele2	Allele3	Allele1	Allele2	Allele3
Yindel	2	--				
AMEL	X	Y		X	Y	



D3S1358	14	15				
D13S317	13	14		13	14	
D7S820	11	11		11	11	
D16S539	9	13		9	13	
D8S1179	12	13				
Penta D	9	12				
D19S433	14	14				
D5S818	9	12		9	12	
D21S11	29	30.2				
TPOX	8	8		8	8	
D1S1656	15	18.3				
D6S1043	11	17				
D2S441	11.3	14				
D12S391	22	23				
D2S1338	17	18				
vWA	14	18		14	18	
Penta E	10	13				
TH01	7	9		7	9	
D18S51	13	15				
CSF1PO	10	11		10	11	
FGA	21	24				

公安

其他说明

(一) 分型方案及位点分布


	方案 1	方案 2	方案 3	方案 4
1	Yindel	D19S433	D2S411	TH01
2	AMEL	D5S818	D12S391	D18S51
3	D3S1358	D21S11	D2S1338	CSF1PO
4	D13S317	TPOX	VWA	FGA
5	D7S820	D1S1656	PENTAE	
6	D16S539	D6S1043		
7	D8S1179			
8	PENTAD			

实验方案及位点

(二) STR数据库比对

本公司采用 DSMZ tools 进行细胞系比对, 其中包含来自于 ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN 数据库的2455个细胞系STR数据。如果待检测细胞未收录于以上细胞库或这是自行建立的新细胞系将无法进行比对, 用户需根据细胞分型结果自行与其他数据库进行比对。

签发日期: 2021年03月15日



Result of STR matching analysis by your data.

- DSMZ Profile Database -

A graphical presentation is shown at the bottom of this page.

EV	Cell No.	Cell name	Locus names								Figures	
			D5S818	D13S317	D7S820	D16S539	VWA	TH01	AM	TPOX		CSF1PO
		<i>Query (Your Cell)</i>	<i>9,12</i>	<i>13,14</i>	<i>11,11</i>	<i>9,13</i>	<i>14,18</i>	<i>7,9</i>	<i>X,Y</i>	<i>8,8</i>	<i>10,11</i>	
1.00(36/36)	CRL-11147	A2058	9,12	13,14	11,11	9,13	14,18	7,9	X,Y	8,8	10,11	-
1.00(36/36)	IFO50276	A2058	9,12	13,14	11,11	9,13	14,18	7,9	X,Y	8,8	10,11	-
0.72(26/36)	105	KARPAS-45	11,12	9,14	8,11	9,13	14,18	9,9	X,Y	8,8	11,14	-
0.72(26/36)	JCRB0834	NUGC-4	11,12	11,13	11,11	9,9	14,18	7,9	X,X	8,9	10,11	-
0.72(26/36)	RCB1939	NUGC-4	11,12	11,13	11,11	9,9	14,18	7,9	X,X	8,9	10,11	-
0.61(22/36)	247	OCI-AML5	12,13	11,14	11,12	11,13	16,18	7,9.3	X,Y	8,11	10,11	-
0.61(22/36)	435	HSB-2	11,12	10,12	11,12	9,12	18,19	9,10	X,Y	8,8	10,11	-
0.61(22/36)	483	HPB-ALL	11,11	8,10	11,11	9,11	18,20	7,9	X,Y	8,12	10,11	-

